

Godkjenning for bruk av akselerator

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) gir Universitetet i Oslo godkjenning for ikke-medisinsk bruk av akselerator. Godkjenningen er hjemlet i forskrift av 16. desember 2016 nr. 1659 om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften) § 9 bokstav h.

Innehaver av godkjenningen:	Universitetet i Oslo
Organisasjonsnummer:	971 035 854
Godkjenningsnummer:	GH05-5
Gyldig fra:	01.04.2021
Gyldig til:	31.12.2025
DSAs arkivnummer:	21/00481

Godkjenningen gir rett til bruk av akselerator ved følgende enhet hos Universitetet i Oslo:

- Fysisk Institutt

Spesielle vilkår knyttet til godkjenningen

DSA kan stille spesielle vilkår knyttet til godkjenningen, jf. strålevernforskriften § 11. Vilrårene utdyper de generelle kravene i forskriften. Vilrårene for denne godkjenningen er som følger:

1) Melding ved endringer og eventuell anskaffelse av ny akselerator

Det skal sendes melding til DSA ved eventuelle endringer som ombygging eller flytting av akselerator, tekniske endringer og endringer av de sikkerhetssystemene som er beskrevet i søknaden. Det samme gjelder eventuell anskaffelse av ny akselerator. På bakgrunn av melding, vil DSA vurdere om det må sendes ny søknad om godkjenning.

2) Krav om å utføre målinger

Det skal som et minimum utføres kontrollmålinger årlig og det skal gjøres målinger etter vedlikehold dersom vedlikeholdsarbeidet kan ha ført til økt strålelekkasje.

Aktuelt regelverk for godkjenningen

Generelle krav er gitt i strålevernloven, strålevernforskriften og internkontrollforskriften.

Vennlig hilsen

Tronn Berge
Seksjonssjef

Ingeborg Hovde Grimstad
Seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent.